

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
I 60082762

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010-- 21183162 001

Ausstellungsdatum
06.02.2013

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

METEK GmbH
Stammweg 8
37327 Leinefelde
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

METEK GmbH
Stammweg 8
37327 Leinefelde
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 600000000

Geprüft nach *Tested acc. to*

IEC 60601-1:2005+Corrigendum 1+Corrigendum 2
EN 60601-1:2006
EN 60601-1:2006+A11
EN 60601-1:2006+AC
EN 60601-1-11:2010

Dieses Zertifikat allein berechtigt den Inhaber nicht zur Anbringung der CE Kennzeichnung.
This certificate alone does not entitle the holder to attach the CE marking.

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Massageliege

Bezeichnung/
Type designation : Massagetherapiegerät
VM 9100RM III

6

Nenndaten/Ratings : 12V, 6,67A, 80W

Mit Netzteil/
with power supply : DSA-90W-12 oder/or EM 11202E

Nenndaten/Ratings : Input AC 100-240V, 1,2A, 50-60 Hz
oder/or AC 100-260V, 2A, 50-60 Hz
Output DC 12V, 6,62A
oder/or DC 12V, 8,33A

Schutzklasse/
protection class : II

6

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. I. Munkler